


附件

政府采购进口产品申请核准（备案）表

申报时间：2024 年 5 月 14 日

基本 情况	申请（备案）单位	湖州师范学院生命科学学院		
	联系人	王颖	联系电话	18857273094
	拟进口的产品名称	离子迁移谱检测器	采购品目	
	数 量	1	预算金额	65 万人民币
	采购产品所属项目名称			
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品 <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品 <input type="checkbox"/> 高校、科研院所采购用于科研的仪器设备 <input type="checkbox"/> 根据财政部有关规定实行备案管理的设备 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			
申 请 单 位 意 见	申请理由： <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； <input type="checkbox"/> 2.在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他（请在意见阐述中注明）			

	<p>意见阐述（应包括应用场景）：</p> <p>经调研，国内离子迁移谱检测器设备主要用于安防领域，如爆炸物检测等，特点分辨率比较低，对痕量挥发性风味物质测试稳定性、重复性不高，适用于检测成分单一样品，复杂基质的样品假阳性严重，且暂无和气相联用的成熟产品，暂无水产品、畜禽专业风味数据库。</p> <p>综上所述，为了更好地为教学和科研服务，故申请购买进口设备。</p> <div><p>2024年5月17日</p></div>					
专家论证意见	论证时间	2024.05.14	论证意见	同意采购	附件	张
	<p>意见概述（可另附纸）：</p> <p>经过专家组的论证，目前该设备的国产设备灵敏度、分辨率、重复性、难保持长时间稳定、缺乏数据库建设，因此在稳定性、先进性、数据库建设等还与进口设备有一定差距，为了提高该学科教学实验条件、支撑科研工作的开展、促进人才培养和学科发展，专家组建议采购进口产品。</p>					
	专家信息					

专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
郭水荣	杭州市农业技术推广中心	水产养殖	正高	13306816618	郭水荣
胡延尖	浙江省淡水水产研究所	水产养殖	正高	13506727050	胡延尖
郭建林	浙江省淡水水产研究所	水产	高工	13735172807	郭建林
胡大雁	湖州市水产技术推广站	水产	高工	13567993167	胡大雁
刘文斌	南京农业大学	水产	教授	13901590642	刘文斌

行业主管部门审查意见

产品所属行业主管部门意见：

同意

单位盖章

2024年5月27日

国家鼓励进口的和实行备案管理的免于填写行业主管部门审查意见；国家限制进口的，必须填写行业主管部门审查意见；其他的，可以选择填写专家论证意见或者行业主管部门审查意见。